

アスベスト技能試験実施要領

1. 試験番号 APT-T1
2. 試験名称 第 1 回建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)
3. 試験項目 建材試料を用いた試料の前処理、プレパラートの作製、定性分析の結果報告及び偏光顕微鏡の原理とアスベスト分析法等に関する筆記試験
4. 試料調製 建材を有姿のまま分割する。
5. 試験試料 アスベストを 0～数%含む建材 3～4種類
6. 分析方法 JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第 1 部
7. 結果の報告 配付された試料の全ての結果を報告すること。
8. 報告期限 試験日当日
9. スケジュール等
 - 1) 申込受付 平成 27 年 6 月 8 日 (月) から平成 27 年 7 月 3 日 (金) まで
 - 2) 試験実施日 平成 27 年 8 月 4、5、6、7 日の指定した時間帯
時間帯 A 9 : 30～12 : 10
 B 10 : 40～13 : 20
 C 12 : 30～15 : 10
 D 14 : 20～17 : 00

募集締め切り後、試験日と時間帯を決定して参加者に連絡。
 - 3) 試験結果通知 平成 27 年 10 月
 - 4) 試験会場 (一社) 日本環境測定分析協会 (実技 1F 分析室、筆記 2F 研修室)
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西 2-3-4
10. その他 参加者同士の談合、筆記試験問題の漏えいは厳しく禁止します。