

<SELF> 第161回塩化物イオン 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：塩化物イオン(Cl) 500 mg/L
2. 作業手順：
 - ① 塩化ナトリウム（一級）13.2 gを1 Lの純水で溶解。
 - ② 大型容器に純水15 Lを入れ、上記①を全量加え攪拌。